

Số: 350 /TB-TTYT

Tân Hiệp, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về việc yêu cầu báo giá trang thiết bị**

Kính gửi: Quý Công ty/ Đơn vị .

Trung tâm Y tế Tân Hiệp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Máy điện tim 3 kênh phục vụ cho công tác triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế Tân Hiệp với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tân Hiệp - địa chỉ: Khu phố B, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Kiều Quốc Phong - khoa Dược-TTB-VTYT, số điện thoại: 097770.6661, địa chỉ email: [kieuquocphong68@gmail.com](mailto:kieuquocphong68@gmail.com).
- Cách thức tiếp nhận báo giá bằng một trong các hình thức sau:
  - Bảng giấy gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Trung tâm Y tế Tân Hiệp - địa chỉ: Khu phố B, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang.
  - Bảng Scan gửi qua email: [kieuquocphong68@gmail.com](mailto:kieuquocphong68@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2026 đến trước 23 giờ 59 phút ngày 10 tháng 4 năm 2026.
  - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 90 ngày**, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2026.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục hàng hóa: 01 mặt hàng (theo phụ lục đính kèm).
- Địa điểm, cung cấp: Khoa Dược - Trung tâm Y tế Tân Hiệp - địa chỉ: Khu phố B, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang.
- Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
  - Tạm ứng: Không.
  - Phương thức thanh toán: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, thời gian thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày đơn vị nhận được đầy đủ hàng hóa và các chứng từ theo quy định (hóa đơn, biên bản nghiệm thu, 08a....)/.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC   
  
*Bùi Công Minh*

DANH MỤC

Mua sắm Máy điện tim 3 kênh phục vụ cho công tác triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế Tân Hiệp  
(Kèm theo Thông báo số 350 /TB-TTYT ngày 01/4/2026 của Trung tâm Y tế Tân Hiệp)



STT	Tên thiết bị y tế	Cấu hình, thông số kỹ thuật	Tiêu chuẩn, chất lượng	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
01	MÁY ĐIỆN TIM 3 KÊNH	<p>7. Máy chính: 01 cái và các phụ kiện kèm theo:                  2. Cáp đo điện tim: 01 bộ                  3. Bộ điện cực chi: 01 bộ                  4. Bộ điện cực ngực: 01 bộ                  5. Máy in nhiệt (tích hợp): 01 cái                  6. Giấy in nhiệt: 05 cuộn                  7. Dây nguồn AC: 01 cái                  8. Pin dự phòng (tích hợp): 01 cái                  9. Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ                  10. Phần mềm kết nối điện tim có tính năng kỹ thuật:                  - Có hiệu suất vượt trội và tích hợp các tính năng như trên các thiết bị tương đương giá cao, được ứng dụng rộng rãi các phòng khám, cho kết quả tin cậy tuyệt đối. Dễ sử dụng.                  - Pin sạc Lithium cho thời lượng làm việc đến 2.5 giờ.                  - Cổng kết nối ngoại vi: Thẻ nhớ SD, USB.                  - Giải pháp quản lý kết quả đo và Lưu trữ lên đến 20 thư mục.</p> <p><i>Thông số kỹ thuật ECG:</i>                  - Kết quả đo ECG: Chương trình phân tích ECG của máy điện tim kỹ thuật số phù hợp cho người lớn, trẻ em.                  - Chế độ nhận tín hiệu: Nhận tín hiệu đồng thời 12 chuyển đạo tiêu chuẩn.                  - Loại giấy in: 80 mm, roll paper.                  - Thông số đo: HR, PR, thời lượng QRS, khoảng QT/QTc, trục P/QRS/T, Biên độ RV5/SV1, Biên độ RV5+SV1.                  - Chế độ DEMO: ECG chuẩn, ECG Chứng loạn nhịp tim                  - Định dạng dữ liệu: ECG, DICOM, XML, JPEG, PDF                  - Kết nối ngoại vi: Cổng kết nối cáp bệnh nhân, hai cổng USB, Cổng kết nối mạng LAN</p>	<p>Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA                  (Hàng hóa sản xuất năm 2025 trở về sau, hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn Nhà sản xuất)</p>	05		

Báo giá có hiệu lực trong vòng: 12 tháng kể từ ngày ký và giá chào đã bao gồm thuế, chi phí giao hàng, bảo hành....